

Der Oberbürgermeister

Landeshauptstadt Erfurt . Der Oberbürgermeister . 99111 Erfurt

Fraktion Freie Wähler/ FDP/ PIRATEN
Herr Städter
Fischmarkt 1
99084 Erfurt

Drucksache 1890/23, Anfrage nach §9 Abs. 2 GeschO; Notfall-Defibrillatoren, Teil 2; öffentlich Journal-Nr.:

Sehr geehrter Herr Städter,

Erfurt,

Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt:

1. Liegen Daten darüber vor, wie oft die in den städtischen Gebäuden vorhandenen Notfall-Defibrillatoren genutzt wurden? Falls ja, bitte aufschlüsseln!

Zur Nutzung von Automatischen Externen Defibrillatoren (AED) liegen – analog der Nutzung eines Verbandkastens – nur bedingt Daten vor; eine Erfassung ist nicht vorgesehen. So wurde auch innerhalb der Stadtverwaltung Erfurt in den einzelnen Ämtern keine statistische Erfassung durchgeführt.

Für die Unternehmen der Stadt Erfurt, ergab sich während der BUGA2021 bisher nur eine Nutzung auf dem Gelände der ega im Danakil. Alle übrigen Unternehmen konnten eine Fehlmeldung auf den Einsatz geben.

Ausdrücklich zu warnen bleibt im Übrigen vor der Erwartungshaltung eines häufigen Gebrauchs solcher Mittel. Bedenkt man, dass die Leitstelle Erfurt in den Jahren 2018 bis 2022 ca. 298.000 Einwohner betreut hat und hier die Anzahl der Reanimationen in 2018 bei 374 mit 4 AED-Anwendungen, in 2019 bei 392 mit 5 AED-Anwendungen, in 2020 bei 331 mit 2-AED Anwendungen, in 2021 bei 447 mit 3-AED Anwendungen und in 2022 bei 462 mit 3-AED Anwendungen liegt, wobei ca. 70% der Reanimationen im häuslichen Bereich stattfinden, so erschließt sich ein eher seltener Gebrauch.

2. Welche Unterhalts- und Wartungskosten sind für die vorhandenen Geräte angefallen?

Die Wartungskosten pro Gerät belaufen sich auf ca. 100 Euro für die 2-jährige Kontrolle sowie ca. 300 Euro für Ersatzpad und Ersatzbatterie aller 4-6 Jahre.

3. Sind der Stadt Fälle von Personenschäden durch unsachgemäße Verwendung der Geräte bekannt?

Seite 1 von 2

AED sind für den Laiengebrauch konzipiert; Personenschäden durch Fehlbedienung sind somit per se nahezu ausgeschlossen. Eine weitergehende Kenntnis oder gar Statistik hierzu existiert nicht.

Mit freundlichen Grüßen

A. Bausewein